

医療器械購入仕様書

○医療器械の概要

- ・ 名 称 麻酔器CS650V2S
- ・ メーカー GEヘルスケア・ジャパン株式会社
- ・ 仕 様
 1. 定格電源
 - 1-1 100-120VAC 50/60Hz 10A(アウトレットあり)
 - 1-2 100-120VAC 50/60Hz 2A(アウトレットなし)
 - 1-3 内臓バッテリーによる動作時間:通ジュの使用状況で90分以上のこと。
 2. ベンチレータ操作/表示
 - 2-1 操作画面サイズは15インチ以上、LCDカラータッチスクリーンであること。
 - 2-2 表示言語は日本語であること。
 3. フロー表示及び設定範囲
 - 3-1 設定:流量調節ノブにてO₂、Air/N₂Oで設定できること。
 - 3-2 流量調節ノブにてFGO₂を表示できること。
 - 3-3 酸素フロー設定範囲:0.0~15.0L/分
 - 3-4 笑気フロー設定範囲:0.0~10.0L/分
 - 3-5 空気フロー設定範囲:0.0~15.0L/分
 4. ガス供給及び安全機能
 - 4-1 ガス入力圧範囲は280~600kPaであること。
 - 4-2 酸素濃度低下防止機構を有し、リンク25にて25%以上に保たれること。
 5. 呼吸回路
 - 5-1 呼吸回路はCO₂バイパス機能付のコンパクトブリージングシステムであること。
 - 5-2 カニスタ容量はリニューザブル1370mL、ディスポーザブル1400mLであること。
 6. アラームセッティング
 - 6-1 一回換気量はLow:OFF、1-1500mL、High:20-1600mLであること。
 - 6-2 分時換気量はLow:OFF、0.1-10L/分、High:0.5-30L/分、OFFであること。
 - 6-3 吸気酸素濃度はLow:18-99%、High:19-100%、OFFであること。
 - 6-4 長時間無呼吸アラームはアプニア継続時間>120秒であること。
 7. ベンチレータ仕様
 - 7-1 自発呼吸表示機能があること。
 - 7-2 吸気圧設定範囲は5-60cmH₂Oであること。
 - 7-3 ターミネーションクライテリアは5-75%であること。

○医療器械の納期

- ・ 令和8年9月30日

○医療器械の納入場所および数量

- ・ 納入場所 能登町宇出津タ字97番地 公立宇出津総合病院
(手術室)
- ・ 数量 1式

○その他

「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。