

医療器械購入仕様書

○医療器械の概要

- ・ 名 称 デジタルスケールベッド
- ・ 例 示 品 デジタルスケールベッドSD-9290THW
- ・ メーカー シーホネンス株式会社

- ・ 仕 様
 - 1 計量法検定有りの仕様であること。
 - 2 全長は2,180mmであること。
 - 2-1 床幅は780mm以上であること。
 - 2-2 全幅は890mm以上であること。
 - 2-3 ボトム高さはライトウエイ仕様であること。
 - 3 デジタルスケールの定格電圧はAC100V 50/60Hzであること。
 - 3-1 消費電力は170W以下であること。
 - 3-2 使用温度範囲は5～35℃であること。
 - 3-3 精度等級は3級であること。
 - 3-4 ひょう量（最大計測質量）は200kg以上であること。
 - 3-5 目量（最小表示）は0.1kg以下であること。
 - 3-6 最小測定量は5kgであること。
 - 3-7 最大風袋量は-200kgであること。
 - 3-8 出力端子はRS-232C準拠であること。

○医療器械の納期

- ・ 令和8年9月30日

○医療器械の納入場所および数量

- ・ 納 入 場 所 能登町字宇出津タ字97番地 公立宇出津総合病院（透析室）
- ・ 数 量 1式

○その他

「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品で応札する場合、次の通り手続きし承認を得ること。

- (1) 同等品申請書兼承認書（別紙参照）及び、関係書類の提出
※関係書類とは、カタログ、仕様書、価格表等とする。
- (2) 同等品申請書兼承認書による承認
- (3) 手続先：能登町 公立宇出津総合病院事務局
- (4) 承認者：能登町 公立宇出津総合病院事務局長
- (5) 期限：令和8年6月10日（水） 13:00