

医療器械購入仕様書

○医療器械の概要

- ・ 名 称 除細動器デフィブリレータTEC-1031
- ・ メーカー 日本光電株式会社

- ・ 仕 様
 1. ディスプレイ
 - 1-1 タッチパネル式であること。
 - 1-2 10.4インチ以上の大きさであること。
 2. 外用パドル
 - 2-1 外用パドルを搭載していること。
 3. 使い捨てパッド
 - 3-1 使い捨てパッドを付属していること。
 4. 記録器
 - 5-1 SDメモ리카ードは1Gbyte以上のメモリを有すること。
 5. 経皮ペーシング
 - 5-1 非侵襲の経費ペーシング機能を搭載していること。

○医療器械の納期

- ・ 令和8年9月30日

○医療器械の納入場所および数量

- ・ 納入場所 能登町字宇出津タ字97番地 公立宇出津総合病院
(4階病棟)
- ・ 数量 1式

○その他

「医療器械の概要」で示す物品以外の同等品は不可とする。